



● Inviata al Collegio
Sindacale il **16 LUG. 2015**
● Affissa dal **16 LUG. 2015**
● Esecutiva ai sensi del
comma 4 art. 11 della
L.R. n. 18/1984
il **16 LUG. 2015**
Il Dirigente U.O. AA. GG.

DELIBERAZIONE N. **300** DEL **16 LUG. 2015**

Struttura proponente: UOC Tecnica e Ingegneria

Codice settore proponente: **70** / 015/TEC

Oggetto: Nuova indizione di procedura ristretta accelerata ai sensi dell'art 70, comma 11, D.Lgs. n 163/2006 per la fornitura di n. 45 ambulanze per l'Ares 118, a seguito di gara deserta (indetta con deliberazione n. 266/2015) Valore stimato € 3.471.217,20 oneri inclusi con riserva di estensione della fornitura per ulteriori ambulanze agli stessi patti e condizioni. Copertura di spesa: finanziamenti regionali. CUP: J86J15000160002- CIG: 63231604B3

Parere del Direttore Amministrativo: Dott. Francesco Malatesta

FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE (vedi motivazioni allegate)

Firma *fm*

Data 16-7-15

Parere del Direttore Sanitario: Dott. Domenico Antonio Ientile

FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE (vedi motivazioni allegate)

Firma *D. Ientile*

Data 16-07-2015

Atto trasmesso al Collegio Sindacale

il _____

Il Dirigente addetto al controllo del budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui si imputa la spesa: pp.u.

Registrazione n° _____ del _____

Il Direttore della UOC Amministrazione e Finanze

Firma *Coel*

Data 16/7/2015

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

Responsabile del Procedimento: Ing. Furio Befani

Firma *F. Befani*

Data 9/7/2015

Il Dirigente: Ing. Furio Befani

Firma *F. Befani*

Data 9/7/2015

Il Direttore della UOC Tecnica e Ingegneria relaziona al Direttore Generale e propone il seguente schema di deliberazione:

VISTI

la Legge Regionale 3 agosto 2004, n. 9, istitutiva dell'Azienda Regionale per l'Emergenza Sanitaria;

il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 9 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni;

l'Atto Aziendale di diritto privato dell'ARES 118, adottato con deliberazione n. 485 del 25/09/2006 e pubblicato sul BURL - supplemento ordinario n. 6 del 20/10/2006;

PREMESSO

che nell'ambito di un programma di ammodernamento tecnologico delle attrezzature sanitarie e informatiche, l'Ares 118 ha previsto l'acquisto di n. 45 ambulanze, quantificato in € 3.471.217,20 oneri inclusi, con la possibilità di estendere la fornitura al medesimo aggiudicatario, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, a eventuali ulteriori unità sino alla concorrenza della somma di € 7.000.000,00 o quella effettivamente concessa dalla Regione Lazio al termine dell'iter procedurale di finanziamento in atto;

che quanto sopra riveste carattere di urgenza se si considera l'avvicinarsi dell'anno Giubilare e l'impegno che tale evento mondiale rappresenta per l'Ares 118, in termini di risposta del soccorso sanitario in emergenza;

che pertanto con deliberazione n. 166 del 28.04.2015 questa Azienda ha indetto la gara in oggetto mediante procedura ristretta accelerata prevista e disciplinata dall'art 70, comma 11, del D.Lgs. n 163/2006;


che il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.R.I., n 52 del 06/05/2015 e trasmesso all'Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali della Comunità Europea in data 28/04/2015 (pubblicato sulla G.U.C.E. del 02/05/2015) e, per estratto, sui quotidiani nazionali e locali "Il Messaggero" del 09/05/2015 e "La Repubblica" del 11/05/2015;

che entro il termine ultimo per la presentazione delle candidature in conformità a quanto previsto dal Bando di gara e dal Disciplinare del 22.05.2015, hanno presentato la loro candidatura n 4 operatori economici;

che, pertanto, in esito alle operazioni di prequalifica, sono risultati qualificati a partecipare alla successiva fase di gara i seguenti candidati:

- MAF Mariani Alfredo & Figlio;
- Ambitalia SpA.;
- ARICAR SpA;
- NEW CO.CAR. S.r.l.;

che, in data 12/06/2015, ai medesimi è stata spedita la Lettera d'Invito funzionale alla presentazione dell'offerta entro il termine assegnato del 24/06/2015 e successivamente prorogato sino al 01/07/2015;



che nessuno dei candidati selezionati ha presentato offerta nel termine assegnato;

PRESO ATTO

degli esiti infruttuosi della gara indetta con deliberazione n. 166/2015, e del permanere nonché aggravare dello stato di urgenza per l'acquisizione delle ambulanze;

CONSIDERATO

necessario procedere a una nuova indizione di gara mediante procedura ristretta accelerata ai sensi dell'art. 70, c. 11 del D.lgs 163/06, procedura che coniuga la massima pubblicità di gara con la massima riduzione dei tempi di presentazione delle offerte da parte delle ditte interessate e ciò prima di procedere, se del caso, ad una procedura negoziata senza pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. n 163/2006;

che permane la medesima urgenza di cui alla deliberazione n. 166/2015 che risulta altresì aggravata;

VISTA

la documentazione di gara all'uopo predisposta dagli uffici, come di seguito riportata e allegata al documento 1;

- 1) CSA con allegato allo stesso:
 - a) Scheda tecnica riportante caratteristiche tecniche minime dei beni da fornire;
- 2) Disciplinare di gara con allegati allo stesso:
 - a) Modello A: Domanda di partecipazione;
 - b) Modello B: Dichiarazione requisiti generali;
 - c) Modello C: Dichiarazioni soggettive autonome;
 - d) Modello D: Dichiarazione possesso dei requisiti minimi di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa;
- 3) Bando GUCE;
- 4) Bando GURI;
- 5) Estratto bando da pubblicare sui quotidiani;

DATO ATTO


che la spesa di pubblicazione stimata in circa € 7.000,00 verrà imputata sul competente sottoconto del piano dei conti di contabilità generale anno 2015;

CONSIDERATO

che il CIG della nuova procedura di gara è 63231604B3 ed il CUP è J86J15000160002;

Per tutto quanto esposto in narrativa si propone al Direttore Generale di:

- prendere atto di quanto sopra;
- indire, stante la gara deserta, una nuova gara per l'acquisizione di n. 45 ambulanze per l'Ares 118, mediante procedura ristretta accelerata ai sensi dell'art. 70, c. 11 del D.lgs 163/06;
- prendere atto ed approvare la documentazione di gara, come di seguito riportata e allegata al documento 1;



1. CSA con allegato allo stesso:
 - a) Scheda tecnica riportante caratteristiche tecniche minime dei beni da fornire;
 2. Disciplinare di gara con allegati allo stesso:
 - Modello A: Domanda di partecipazione;
 - Modello B: Dichiarazione requisiti generali;
 - Modello C: Dichiarazioni soggettive autonome;
 - Modello D: Dichiarazione possesso dei requisiti minimi di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa;
 3. Bando GUCE;
 4. Bando GURI;
 5. Estratto bando da pubblicare sui quotidiani;
- imputare la spesa di pubblicazione, stimata in circa € 7.000,00, sul competente sottoconto del piano dei conti di contabilità generale;
 - prendere atto che il CIG del presente provvedimento è: 63231604B3;
 - prendere atto che il CUP del presente provvedimento è: J86J15000160002

U.O.C. TECNICA E INGEGNERIA

Ing Furio Befani

Il Direttore Generale, con i poteri di cui alla deliberazione ARES 118 n°1 del 10 febbraio 2014, di presa d'atto del Decreto del Presidente della Regione Lazio n°T00022 del 30 gennaio 2014, vista la relazione contenuta nella presente proposta di delibera inoltrata dal Direttore della U.O.C Tecnica ed Ingegneria

DELIBERA DI

- prendere atto di quanto sopra;
- indire, stante la gara deserta, una nuova gara per l'acquisizione di n. 45 ambulanze per l'Ares 118, mediante procedura ristretta accelerata ai sensi dell'art. 70, c. 11 del D.lgs 163/06;
- prendere atto ed approvare la documentazione di gara, come di seguito riportata e allegata al documento I;
 1. CSA con allegato allo stesso:
 - a) Scheda tecnica riportante caratteristiche tecniche minime dei beni da fornire;
 2. Disciplinare di gara con allegati allo stesso:
 - Modello A: Domanda di partecipazione;
 - Modello B: Dichiarazione requisiti generali;
 - Modello C: Dichiarazioni soggettive autonome;
 - Modello D: Dichiarazione possesso dei requisiti minimi di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa;
 3. Bando GUCE;
 4. Bando GURI;

5. Estratto bando da pubblicare sui quotidiani;

- imputare la spesa di pubblicazione, stimata in circa € 7.000,00, sul competente sottoconto del piano dei conti di contabilità generale;
- prendere atto che il CIG del presente provvedimento è: 63231604B3;
- prendere atto che il CUP del presente provvedimento è: J86J15000160002dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
- pubblicare la presente deliberazione all'Albo Aziendale nei modi previsti dall'art. 31 della L.R. n. 45/96.

La presente deliberazione é composta di n.83 pagine, di cui n. allegati .


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Francesco Malatesta)



IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Domenico Antonio Ientile)



IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Maria Paola Corradi)



DOC. 1 allegato

- 1) CSA con allegato allo stesso:
 - a) Scheda tecnica riportante caratteristiche tecniche minime dei beni da fornire;
- 2) Disciplinare di gara con allegati allo stesso:
 - a) Modello A: Domanda di partecipazione;
 - b) Modello B: Dichiarazione requisiti generali;
 - c) Modello C: Dichiarazioni soggettive autonome;
 - d) Modello D: Dichiarazione possesso dei requisiti minimi di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa;
- 3) Bando GUCE;
- 4) Bando GURI;
- 5) Estratto bando da pubblicare sui quotidiani;

A.



A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and lines, located at the bottom right of the page.



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO



PROCEDURA RISTRETTA ACCELERATA PER LA FORNITURA DI N. 45 AMBULANZE OCCORRENTI ALL'ARES 118





<p>Tipologia Ambulanza</p>	<p>Ambulanza di tipo C secondo quanto definito dalla normativa UNI EN 1789:2014</p>
<p>Cilindrata</p>	<p>cilindrata minima circa 2.2 cc. o superiori - 130 - 180 Cv - euro 5 - 2 ruote motrici anteriori - cambio manuale a 6 marce e retromarcia - servosterzo - alimentazione Gasolio - Conformità alla norma 92/12/CEE (allegare certificazione) - Accelerazione da 0 a 80 Km/h massimo in 35 secondi a pieno carico.</p>
<p>Versione</p>	<p>Furgone finestrato</p>
<p>Sospensioni ed ammortizzatori</p>	<p>Sospensioni ed ammortizzatori adeguati ad un trasporto confortevole ed alla capacità di carico, adatte all'uso del mezzo quale ambulanza e con ammortizzatori a doppio effetto.</p>
<p>Posti vano guida</p>	<p>3</p>
<p>Dimensione passo</p>	<p>In accordo con la UNI EN 1789:2014</p>
<p>Dimensioni esterne</p>	<p>Lunghezza (in accordo con la Direttiva 92/21/EEC) Larghezza (in accordo con la Direttiva 92/21/EEC) Altezza come per ambulanza di tipo C di cui alla UNI EN 1789:2014 - Apertura laterale (altezza min 1400mm/larghezza min 660mm) - Apertura posteriore (altezza 1500mm/larghezza 1050mm)</p>
<p>Dimensioni comparto sanitario</p>	<p>Vedi rappresentazione grafica nel capitolato e comunque secondo i requisiti di cui alla ambulanza di tipo C nel UNI EN 1789:2014 - Altezza da terra parte superiore utile per l'accesso del portellone vano sanitario min 1900mm. Solo nel caso di ottenere la solidità strutturale richiesta è ammessa una riduzione fino al 5% delle dimensioni esposte ad esclusione delle porte.</p>
<p>Dotazione di sicurezza</p>	<p>ABS con 4 freni a disco - controllo della stabilità e della trazione - colonna dello sterzo collassabile - Airbag conducente e passeggero - sistema di assistenza alla frenata - Inibitore avviamento: dovrà essere prevista l'installazione di un dispositivo d'inibizione della messa in moto del motore quando il veicolo è allacciato alla rete esterna. In caso d'avaria dell'inibitore un dispositivo di commutazione manuale, dovrà consentire comunque l'avviamento; omologata per un equipaggio minimo di 4 operatori (compreso il conducente) + 2 pazienti oppure 1 paziente + accompagnatore - giunture antifiltrazione in tutto il veicolo pannelli sigillati tra loro e con il pavimento - il veicolo dovrà essere conforme alla norma EN 1789:2014 e tale conformità dovrà essere certificata esplicitamente dall'aggiudicatario in ogni punto descritto dalla normativa - per il sistema di alimentazione dei dispositivi medici deve essere applicata la serie di norme EN60601 - tutti i materiali interni dovranno essere conformi alle specifiche della EN 13501-1:2007+A1:2009 - le aperture devono tener conto delle dimensioni delle barelle secondo quanto definito dalla norma EN 1865 - sistema antibloccaggio freni - allarme visivo ed acustico per il conducente che si attivi ogni qualvolta una qualsiasi porta esterna non sia completamente chiusa durante la marcia del veicolo - Fornitura e posa in opera di una o più "Scatola nera" in posizione nascosta di monitoraggio motore, guida, accelerazioni, brusche frenate, audio abitacolo guida e del vano sanitario, stato sirena attiva, stato lampeggianti attivi ecc.. (incluse tutte le registrazioni proprie di una scatola nera).</p>
<p>Accessori veicolo base</p>	<p>Alzacristalli elettrici - Chiusura centralizzata con telecomando - servosterzo - sedile conducente regolabile in altezza - climatizzatore manuale vano guida - ruota di scorta - fendinebbia anteriori e posteriori - climatizzatore posteriore - porte posteriori con apertura a 270° - retrovisori elettrici e riscaldabili - fornitura di navigatore posizionato ed incassato al centro del cruscotto anteriore in posizione utile e comoda sia per il conducente che per il passeggero - antenna GPS - treno di gomme termiche e relativi cerchi - n. 4 catene da neve - antifurto attivabile anche con motore acceso - segnalazioni acustiche porte aperte - gli equipaggiamenti per la manutenzione del veicolo (per es. ruota di scorta ed attrezzi) non dovranno essere accessibili dal comparto sanitario.</p>
<p>Dotazioni esterne del veicolo</p>	<p>Portellone laterale meccanico a tutta altezza, scorrevole, apertura meccanica, sulla fiancata destra dell'automezzo, dotato di vetratura apribile dall'interno, che funge da uscita di emergenza per la barella. Perfetta chiusura impermeabile ad acqua e polveri, dotato di chiusura di sicurezza apribile sia dall'interno che dall'esterno. - n.2 porte battenti posteriori vetrate a tutta altezza con cristalli opacizzati e temperati per 3/4 dell'altezza e con almeno due strisce trasparenti nell'area opacizzata - le due aperture (posteriore e laterale) dovranno essere di dimensioni minime definite dalla UNI EN 1789:2014 e devono tener conto delle dimensioni delle barelle ai sensi della EN 1865. Tali aperture dovranno avere anche la valenza di uscita di emergenza. Ciascuna delle porte esterne dovrà essere dotata di sistema per blocco e sblocco delle porte, sia dall'interno, senza chiave, che dall'esterno, con la chiave, integrato ad ulteriore sistema centralizzato precedentemente descritto - i finestrini dovranno essere realizzati con materiale conforme ai requisiti di cui alla direttiva 92/22/CEE - gruppi ottici anteriori e posteriori e fanale di retromarcia - paraspruzzi anteriore e posteriori - idroguida - sensori di parcheggio e telecamera posteriore attivabile anche in retromarcia con rispettivo display per conducente - indicatore sonoro di retromarcia attivata non superiore ad 85 db a 2m.</p>
<p>Portata massima</p>	<p>Non inferiore a 35 q.li - nell'offerta dovrà essere dichiarato il peso a vuoto con allestimento, il peso raggiunto a pieno carico. Entrambi dovranno essere rientranti nella normativa (indicazione su libretto)</p>