



DELIBERAZIONE N. 252 DEL 22 MAR. 2021

Struttura proponente: UOC Acquisizione e Gestione Beni e Servizi

Codice settore proponente: PR 47/2021

OGGETTO: acquisto di guanti in nitrile senza polvere destinati al Personale di Ares 118 nell'ambito dell'emergenza Covid 19 (Coronavirus)
CIG Z2B3108901**Parere del Direttore Amministrativo: Dott. Guglielmo Di Balsamo** FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE (vedi motivazioni allegate)Firma Guglielmo Di BalsamoData 17/3/2021**Parere del Direttore Sanitario: Dott. Domenico Antonio Ientile** FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE (vedi motivazioni allegate)Firma Domenico Antonio IentileData 18-03-2021

Atto trasmesso al Collegio Sindacale

22 MAR. 2021

COMPILATO DALLA UOC PROPONENTE:

non comporta impegno di spesa

 comporta impegno spesa come da tabelle sottostanti

	Codice	Descrizione
UOC Proponente Ufficio		UOC Acquisizione e Gestione Beni e Servizi
Liquidatore		
CIG	Z2B3108901	
CUP		

Conto	Descrizione del Conto	Importo	Periodo di riferimento
501010311000	Disp. Monouso	14.742,00	2021

Firma del Proponente

[Firma]Data 17-3-2021

SB/mc

[Firma]

<u>Riferimento SUB</u>	<u>Conto 1 dal quale sottrarre importo</u>	<u>Descrizione del conto 1</u>	<u>Importo</u>

<u>Conto 2 al quale assegnare importo</u>	<u>Descrizione del Conto 2</u>	<u>Importo</u>	<u>Anno di riferimento</u>

Data _____ Firma Proponente/Richiedente _____

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

Responsabile del Procedimento:
 Firma _____ Data _____

Il Dirigente: Dr.ssa Sandra Bidetti
 Firma Sandra Bidetti Data 17-3-2021

A cura della UOC Amministrazione Finanze :

Non comporta scostamento Budget annuale (Delibera _____)

Comporta scostamento Budget annuale (Delibera _____)

Per Euro _____

Sub Autorizzazione n. 1-72-2021

Data 17-3-2021 Firma [Signature]

Foglio aggiuntivo casi particolari (Delibera n. _____ Regolamento atti Deliberativi ARES 118)

- SI
- NO

Il Direttore della UOC Acquisizione e Gestione Beni e Servizi relaziona al Direttore Generale e propone il seguente schema di deliberazione:

- VISTA** la Legge Regionale n. 9/2004, istitutiva dell'Azienda Regionale per l'Emergenza Sanitaria ARES 118;
- VISTO** il D. Lvo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 9 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni che legittimano e dispongono l'attivazione di processi di collaborazione integrata tra le Regioni, le AA.SS.LL. e le Università;
- VISTO** l'Atto Aziendale dell'ARES 118, adottato definitivamente con deliberazione n. 397 del 3 luglio 2019, approvato con DCA U00277 del 18/07/2019, pubblicato sul BURL 23/07/2019, n. 59;
- PREMESSO** - il Decreto Legislativo del 08 aprile 2016 n. 50 e smi, che ha sostituito il precedente D.Lvo. 163/2006;
- TENUTO CONTO** -che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31.1.2020 è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e che con successive Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3.2.2020 e successive nonché da ultimo la n. 638 adottata in ragione dell'aggravamento del contesto di criticità dell'emergenza al 22.2.2020 che prevede al comma 5 la possibilità di provvedere con la procedura di cui all'art. 36 del D.Lvo 50/2016 senza previa consultazione di operatori economici e con la procedura di cui all'art. 63 comma 2 lett. c) in deroga al comma 6 del medesimo art. 63 effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti secondo le modalità descritte all'art. 163 comma 7 del D.lvo 50/2016;
- del D.L. 2 del 14/01/2021 che proroga lo stato d'emergenza sino al 30/04/2021
- CONSIDERATO** - che, per la fornitura urgente di guanti, attualmente di difficile reperimento sul mercato nazionale e per la fornitura dei quali non risulta aggiudicata alcuna gara regionale;
- CONSIDERATO INOLTRE** -la persistente emergenza ed il consumo sempre maggiore di dispositivi di protezione;

6

-che attualmente la Protezione Civile non è in grado di soddisfare le esigenze di Ares 118118 come da nota 4359 del 23/02/2021; (allegato 1)

-che Ares 118 ha pubblicato sul proprio sito istituzionale un Avviso di Ricerca di Mercato permanente con prot. 20747 del 14/10/2020 (allegato 2);

--che la ditta Alpha Medical, Via Marina di Pisa, 14 00054 Fiumicino Roma P.I. 15664011002 ha presentato una offerta economica per 108.000 guanti in nitrile senza polvere ad un prezzo unitario di € 0,13 iva esclusa e totale di € 14.040,00 iva esclusa come da scheda allegata; (allegato 3)

RITENUTO

-opportuno individuare nella figura della Dirigente farmacista, dott.ssa Simonetta Crupi, il direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi ai sensi della delibera 188/DG del 2016;

ATTESTATO

che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;


Per tutto quanto esposto in narrativa si propone al Direttore Generale:

- **di acquistare** n. 108.000 guanti in nitrile senza polvere dalla ditta Alpha Medical, Via Marina di Pisa, 14 00054 Fiumicino Roma P.I. 15664011002 ad un prezzo totale di € 14.040,00 iva esclusa ed ad un costo unitario per di € 0,13 iva esclusa ex art. 36 c.2 lett. a;
- **di individuare** nella figura del Responsabile del Dirigente Farmacista, dott.ssa Simonetta Crupi, il direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi ai sensi della delibera 188/DG del 2016.

Si dichiara che il presente schema di deliberazione è stato proposto dal Direttore dell'UOC Acquisizione e Gestione Beni e Servizi il quale, consapevole delle disposizioni di cui al D. Lvo. 165/01 in tema di responsabilità dirigenziale, attesta che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art.1, primo comma, della legge n.241/90 come modificato dalla legge 15/05. 3

IL DIRETTORE UOC Acquisizione e Gestione Beni e Servizi

Dr.ssa Sandra Bidetti



Il Direttore Generale, con i poteri di cui alle Deliberazioni ARES 118 n. 1 del 1 agosto 2019, di presa d'atto del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T200 del 31.07.2019 "Nomina del Direttore Generale, dell'Azienda Regionale per l'Emergenza Sanitaria – ARES 118";

VISTI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono integralmente riportate unitamente agli atti allegati:

- **di acquistare** n. 108.000 guanti in nitrile senza polvere dalla ditta Alpha Medical, Via Marina di Pisa, 14 00054 Fiumicino Roma P.I. 15664011002 ad un prezzo totale di € 14.040,00 iva esclusa ed ad un costo unitario per di € 0,13 iva esclusa ex art. 36 c.2 lett. a;
- **di individuare** nella figura del Responsabile del Dirigente Farmacista, dott.ssa Simonetta Crupi, il direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi ai sensi della delibera 188/DG del 2016.

La presente deliberazione è composta di n. 12 pagine di cui n. 6 in allegato.


Il presente atto è pubblicato nell'Albo dell'Azienda nel sito internet aziendale www.ares118.it per 15 giorni consecutivi, ai sensi della Legge Regionale n. 45/96. 3

IL DIRETTORE GENERALE
Dr.ssa Maria Paola Corradi

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Roma, li 22 MAR, 2021

UOD Affari Generali
Il Direttore
Dr.ssa Fulvia CASATI



Copia della presente deliberazione è stata inviata al Collegio Sindacale in data

22 MAR, 2021

Roma, li 22 MAR, 2021

UOD Affari Generali
Il Direttore
Dr.ssa Fulvia CASATI



22 MAR, 2021

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda dal 22 MAR, 2021 al _____

UOD Affari Generali
Il Direttore
Dr.ssa Fulvia CASATI



E' esecutiva dal 22 MAR, 2021

UOD Affari Generali
Il Direttore
Dr.ssa Fulvia CASATI





Azienda Regionale Emergenza Sanitaria
 UOC Acquisizione e Gestione Beni e Servizi
 Via Portuense, 240 – 00149 Roma
 Tel. 06 53082342/2338/2330/2319/2335
 E-mail: uoc.provveditorato@ares118.it

Roma, 14/10/2020

Prot. 20747 /AGBS

Agli Operatori Economici Interessati

AVVISO DI RICERCA DI MERCATO

OGGETTO: Ricerca di mercato per la fornitura di Guanti in nitrile senza polvere misure varie

In relazione al vigente Stato d'Emergenza legato al Covid 19, questa Azienda, al fine di soddisfare il fabbisogno di Guanti in nitrile senza talco destinati al proprio personale impegnato nel trasporto extraospedaliero in emergenza, chiede ai soggetti interessati di manifestare la propria migliore offerta.

La proposta dovrà essere presentata alla Pec: provveditorato@pec.ares118.it e dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- Scheda tecnica del prodotto offerto con indicazione chiara del codice dell'articolo, Repertorio e CND;
- Certificazione del prodotto;
- Dati anagrafici della ditta proponente completi di dichiarazione inerente i flussi finanziari;
- Codice NSO per l'emissione dell'ordine;
- Autodichiarazione ai sensi del DPR 445/ di non sussistenza di impedimenti a contrarre con la P.A. ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 e smi;
- Indicazione dei tempi di consegna che non dovrà eccedere i 15 gg dall'emissione dell'Ordine di fornitura.

Il prodotto proposto dovrà avere le seguenti caratteristiche minime:

-Conformi alla Direttiva CEE 93/42 – Dir. 2007/47/CE – Dispositivo medico Classe I

-DPI III Categoria

EN 455

EN 374

EN 420

IL DIRETTORE
 Dr.ssa Sandra Bidetti

Ferreri Federica

Da: Alessia Tiberio <atiberio@regione.lazio.it>
Inviato: lunedì 22 febbraio 2021 18:32
A: direzione.sanitaria@aslfrosinone.it; direzionesanitaria@ausl.latina.it; direzione.sanitaria@asl.rieti.it; direzione.sanitaria@asl.vt.it; direzione.sanitaria@aslroma1.it; direttore sanitario@aslroma3.it; direzione.sanitaria@aslroma4.it; direzione.sanitaria@aslroma5.it; direzione.sanitaria@aslroma6.it; segreteriadsa@scamilloforlanini.rm.it; direzionesanitaria@hsangiovanni.roma.it; direzione.sanitaria@ospedalesantandrea.it; direzione.sanitaria@ptvonline.it; dirsan@inmi.it; dirsanaz@ifo.gov.it; Direzione Generale; uocfarmacia@aslfrosinone.it; g.bonanni@ausl.latina.it; m.pancioni@ausl.latina.it; l.montecchiesi@ausl.latina.it; Emma Giordani; arturo.cavaliere@asl.vt.it; maria.marotta@asl.vt.it; roberta.pavan@aslroma1.it; roberta.dituri@aslroma3.it; georgia.bordoni@aslroma3.it; giuseppe.guaglianone@aslroma4.it; farmacia.hsp@aslroma4.it; giampiero.forte@aslroma5.it; nadia.lolli@aslroma6.it; francesca.matteo@aslroma6.it; farmaceutica.ospedaliera@aslroma6.it; CMonaco@scamilloforlanini.rm.it; f.cinque@scf.gov.it; fabriziocinque63@gmail.com; ECompagnucci@scamilloforlanini.rm.it; aascani@hsangiovanni.roma.it; mtlupo@ospedalesantandrea.it; mariagrazia.celeste@ptvonline.it; direzione.generale@policlinicoumberto1.it; Enrica Maria Proli; Susanna Sodo; segrds@policlinicoumberto1.it; silvia.murachelli@inmi.it; antonia.lamalfa@ifo.gov.it; Parafati Maria Annunziata; y.ferrara@scf.gov.it
Cc: Lorella Lombardozi; Marcello Giuliani
Oggetto: comunicazione su prossime consegne DPI - indisponibilità di guanti presso il magazzino della Protezione Civile

ATTENZIONE: Questa email proviene dall'esterno dell'organizzazione. Non aprire eventuali link e allegati se non dopo aver verificato l'attendibilità del mittente

Gentilissimi,
da parte della dirigente dell'Area Farmaci e Dispositivi, dott.ssa Lombardozi, si fa presente che non sarà possibile garantire la disponibilità di guanti di qualsiasi tipologia, a partire dalla consegna prevista per venerdì 26 febbraio da parte della Protezione civile.
Pertanto si invita a provvedere in modo autonomo all'approvvigionamento di tali DPI.

Distinti saluti,



ALESSIA TIBERIO
AREA FARMACI E DISPOSITIVI

DIREZIONE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA
VIA CRISTOFORO COLOMBO
00147 ROMA
TEL. 06-5168.5323
E-MAIL: atiberio@regione.lazio.it
WWW.REGIONE.LAZIO.IT

ARES 118 protocollo esterno entrata 0004359/2021 con data: 23/02/2021 09:18:51

Roma, 17 marzo '21

Spett.le
Ares 118
Via Portuense, 240
00153 Roma

Protocollo n.6/21

OGGETTO: Offerta;

Con la presente siamo lieti di comunicarvi la nostra migliore offerta per il seguente materiale, pronto presso i nostri magazzini:

N. 28.000 Guanti Taglia S costo 0,13+IVA a pz. / confezione da 100pz. o 200pz.
Totale 3.640€+IVA

N. 48.000 Guanti Taglia M costo 0,13+IVA a pz. / confezione da 100pz. o 200pz.
Totale 6.240€+IVA

N. 32.000 Guanti Taglia L costo 0,13+IVA a pz. / confezione da 100pz. o 200pz.
Totale 4.160€+IVA

Totale 14.040€+IVA

Certi di avervi fatto cosa gradita cogliamo l'occasione per porgerVi i ns più distinti saluti.

ALPHA MEDICAL s.r.l.s.

CLINI-LAB S.r.l.

Via Il Strada, 14 Z.I.
35026 Conselve (PD)
Tel. 049-9500644 Fax. 049-9500707
Web site: www.clinilab.it
Email: clinilab@clinilab.it

SCHEMA TECNICA



GUANTI IN NITRILE SENZA POLVERE NON STERILI DM CLASSE I e DPI III CATEGORIA

Nome Commerciale:	CLINISAFE
Produttore:	CLINI-LAB S.R.L. , Conselve (PD), Italia
Distributore:	CLINI-LAB S.R.L. , Conselve (PD), Italia
Classificazione:	Dispositivo Medico di Classe I non sterile, conforme alla Direttiva 93/42/CEE e D.lgs. 46/97 (CND T01020204). Dispositivo di Protezione Individuale di III Categoria Tipo B, conforme al Regolamento (UE) 2016/425 (che abroga la direttiva 89/686/CEE) con marchio CE*0465 (ente notificato ANCI Servizi S.r.l. – Sezione CIMAC)
Destinazione d'uso:	Protezione da agenti biologici, protezione da contatto accidentale con sostanze chimiche, esplorazione, esame, medicazione, terapia, diagnostica, laboratorio.

Descrizione – Materiale di produzione

Guanto non sterile, monouso, prodotto in nitrile (NBR), colore azzurro, privo di polvere lubrificante. I guanti sono privi di componenti in lattice (**latex-free**), pertanto sono particolarmente indicati per il personale sensibile alle proteine del lattice e per l'utilizzo nei reparti latex free e/o latex safe. Il corpo si presenta unico, privo di saldature e di sbavature; risultano di consistenza, elasticità e morbidezza tali da garantire una perfetta aderenza ed un'ottima sensibilità all'operatore. La formulazione chimica del guanto ed i materiali lubrificanti impiegati non contengono sostanze nocive per l'utilizzatore o per chiunque venga in contatto con il guanto.

Conformità – Standard di riferimento:

Prodotto:

- EN455 (parti 1, 2, 3, 4);
- EN 420;
- EN 374 (parti 1, 2, 3, 4 & 5);
- EN16523-1;
- ASTM D6319;
- ASTM F1670 – ASTM F1671;
- ISO10993;
- Regolamento UE 2016/425;
- Direttiva Comunitaria 93/42/CEE e D.lgs. 46/97.

Confezionamento:


- Regolamento UE 2016/425;
- Direttiva Comunitaria 93/42/CEE e D.lgs. 46/97;
- EN980;
- EN ISO 15223-1.

Produzione:

- ISO 9001 – ISO13485.

Distribuzione:

- ISO 9001 – ISO13485.



CLINI-LAB S.r.l.

Via Il Strada, 14 Z.I.
35026 Conselve (PD)
Tel. 049-9500644 Fax. 049-9500707
Web site: www.clinilab.it
Email: clinilab@clinilab.it

SCHEDA TECNICA

Principali caratteristiche:

- » Forma ambidestra con dita dritte;
- » Superficie esterna tale da assicurare un'ottima presa sia in condizioni di asciutto che di bagnato senza compromettere la sensibilità tattile;
- » Polsino rinforzato con bordino elastico: assicura una facile indossabilità, impedisce il rotolamento all'indietro garantendo un'ottima aderenza del guanto sul braccio e/o sul camice, previene strappi e lacerazioni mentre lo si indossa;
- » Assenza di polvere, quindi eliminazione di tutti i problemi connessi con l'utilizzo della stessa. Superficie interna rivestita di polimeri al fine di garantire una facile calzatura del guanto;
- » Il grado di qualità (Acceptable Quality Level) per assenza di fori è rilevato lotto per lotto con il metodo water leak test, secondo AQL per assenza di fori pari a 0.65 a livello di ispezione GI (piani di campionamento conformi ISO2859-1);
- » Massima Destrezza: livello 5 (in accordo alla norme EN420);
- » Biocompatibilità in accordo a ISO10993 comprovata dai test di irritazione primaria della pelle e di ipersensibilità ritardata cui il guanto è sottoposto;
- » Superamento del test di "penetrazione virale" in accordo alle norme ASTM F1670 e ASTM F1671. Detto test analizza la resistenza dei guanti alla penetrazione di patogeni organici usando un microrganismo di dimensioni paragonabili a quelle dei virus, il batteriofago Phi X 174.

DIMENSIONI DEL GUANTO (in mm)

Taglia	Extra small (5 ½)	Small (6-6 ½)	Medium (7-7 ½)	Large (8-8 ½)	Extra large (9)
LARGHEZZA	80±5	85±5	95±5	105±5	115±5
LUNGHEZZA	245	245	245	250	260

SPESSORE (strato singolo) in mm

Apice dita (a 13±3 mm. dalla punta estrema del dito)	0.100±0.02
Spessore palmo (al centro del palmo)	0.075±0.02
Spessore polso (a 25±5 mm. dalla fine del polsino)	0.060±0.02

PROPRIETA' FISICHE:

Proprietà	Prima Invecchiamento	Dopo Invecchiamento
Resistenza alla Rottura	6.59N	6.36N
Allungamento alla Rottura	616 %	602 %

RESISTENZA A PERMEAZIONE DI SOSTANZE CHIMICHE EN374-3/AC:2006 e A DEGRADAZIONE EN374-4:2013:

Sostanza Chimica	Permeazione	Degradazione %
J - N-eptano	2	31,90
K - Idrossido di Sodio 40%	3	15,80
G - Dietilamina	2	72,30
Acetonitrile	1	87,40
Acido Peracetico 5%	2	68,30
Acrilamide 40%	2	87,90
Clorexide S [®]	3	43,10
Etidio Bromuro 5%	2	53,20
Aldeide Formica 4%	3	72,90
Aldeide Glutarica 3%	3	61,20

CLINI-LAB S.r.l.

Via Il Strada, 14 Z.I.
35026 Conselve (PD)
Tel. 049-9500644 Fax. 049-9500707
Web site: www.clinilab.it
Email: clinilab@clinilab.it

SCHEMA TECNICA

Sostanza Chimica	Permeazione	Degradazione %
Aldeide Glutarica 5%	3	63,20
Iodopovidone 10%	3	54,20
Metanolo (alcool metilico)	1	78,30
Sodio Ipoclorito 10% (cloro)	4	73,20
Xilene	1	88,60
Cis-platino	4	34,20
Fluorouracile	4	33,60
Paclitaxel (Abraxane)	4	41,20

CODICE ARTICOLO E CONFEZIONE:

CODICE	TAGLIA	RREPERTORIO	CONFEZIONE	IMBALLO
CONFEZIONI DA 100 PEZZI:				
01315-XS	X-Small (5 ½)	1314903/R	Dispenser 100 pezzi	Imballo 1.000 pezzi
01315-S	Small (6-6 ½)	1314905/R	Dispenser 100 pezzi	Imballo 1.000 pezzi
01315-M	Medium (7-7 ½)	1314906/R	Dispenser 100 pezzi	Imballo 1.000 pezzi
01315-L	Large (8-8 ½)	1314907/R	Dispenser 100 pezzi	Imballo 1.000 pezzi
01315-XL	Extra-Large (9)	1314908/R	Dispenser 100 pezzi	Imballo 1.000 pezzi
CONFEZIONI DA 200 PEZZI:				
01315XS	X-Small (5 ½)	1314911/R	Dispenser 200 pezzi	Imballo 2.000 pezzi
01315S	Small (6-6 ½)	1314912/R	Dispenser 200 pezzi	Imballo 2.000 pezzi
01315M	Medium (7-7 ½)	1314913/R	Dispenser 200 pezzi	Imballo 2.000 pezzi
01315L	Large (8-8 ½)	1314914/R	Dispenser 200 pezzi	Imballo 2.000 pezzi
01315XL	Extra-Large (9)	1314951/R	Dispenser 200 pezzi	Imballo 2.000 pezzi

I guanti sono confezionati in scatole dispenser da 100 pezzi o da 200 pezzi disposti in modo tale da permettere l'estrazione di un solo guanto alla volta attraverso apposita apertura ed in imballi da 1.000 pezzi o da 2.000 pezzi. Le confezioni sono marcate in modo leggibile con le seguenti informazioni: descrizione del contenuto, nome ed indirizzo del produttore, taglia del guanto, quantità, mese ed anno di produzione e di scadenza, indicazione di monouso, il numero di lotto, marchio CE0465, nota informativa, pittogrammi norme di riferimento, codice a barre ed ogni altra informazione utile per lo stoccaggio e la manipolazione.

Conservazione del prodotto:

I guanti in nitrile non hanno particolari esigenze di stoccaggio, il prodotto mantiene una buona stabilità nel tempo purché conservato in luoghi freschi, asciutti e lontani da fonti di calore. Il periodo di validità del prodotto è di cinque anni dalla data di produzione.

